

SAME SIZE ARTWORK
LEAFLET SIZE: 380 mm x 300 mm
FOLDING SIZE: 32 mm x 150 mm

Preparación de su inhalador de Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación para su uso.

Su inhalador de Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación debe estar a temperatura ambiente antes de usarlo.

Agite bien el inhalador antes de cada uso.
Cebado de su inhalador de Levosulbutamol Tartrato: Antes de usar el Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación por primera vez o si no ha tomado su medicamento durante 3 días seguidos, debe preparar el inhalador.

a. Retire la tapa de la boquilla del actuador (Ver Figura 1).
1. Revise el interior de la boquilla en busca de objetos antes de usarla.



Figura 1

b. Sostenga el inhalador en posición vertical lejos de la cara y agítelo bien (Ver Figura 2).



Figura 2

c. Presione hacia abajo completamente para liberar un spray de medicamento de la boquilla (Ver Figura 3).



Figura 3

d. Evite rociar en sus ojos.
e. Repita los pasos del cebado 3 veces más (Ver Figura 2 y Figura 3) para terminar de cebar el inhalador.
f. Su inhalador ya está listo para usar.

Si no usa su inhalador de Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación durante más de 3 días, deberá preparar el inhalador nuevamente antes de usarlo.

2. Uso de su inhalador de Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación.

Paso 1: Retire la tapa de la boquilla del actuador (Ver Figura 1). Revise el interior de la boquilla en busca de objetos. Asegúrese de que el recipiente encaje firmemente en el actuador.

Paso 2: Agite bien el inhalador durante 5 segundos antes de usar.

Paso 3: Sostenga el inhalador en posición vertical con la boquilla apuntando hacia usted. Antes de colocarse la boquilla en la boca, exhale por la boca y expulse tanto aire de sus pulmones como pueda (Ver Figura 4).



Figura 4

Paso 4: Colóquese la boquilla en la boca y cierre los labios alrededor de ella.

Paso 5: Mientras inhala profunda y lentamente, presione el centro del recipiente (Ver Figura 5) hasta que se haya liberado un spray de medicamento.



Figura 5

Paso 6: Cuando haya terminado de inspirar, quite la boquilla de la boca. Cierre la boca y agítala la respiración durante 10 segundos si es posible. Luego exhale suavemente. (Ver Figura 6)



Figura 6

Paso 7: Espere alrededor de 1 minuto, luego agite bien el inhalador. Repita los pasos 3 a 6 para tomar su segunda aplicación de Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación.

Paso 8: Vuelva a colocar la tapa en la boquilla inmediatamente después de usarla. Asegúrese de que la tapa encaje firmemente en su lugar. (Ver Figura 7)



Figura 7

3. Limpieza de su inhalador de Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación.

Limpie el inhalador 1 vez por semana. Es muy importante mantener el actuador limpio para que el medicamento no se acumule ni obstruya el aerosol de la boquilla (Ver Figura 8).




Figura 8

Paso 1: Saque el recipiente del actuador (Ver Figura 9). No limpie el recipiente ni deje que se moje.



Figura 9

Paso 2: Retire la tapa de la boquilla.
Paso 3: Sostenga el actuador debajo del grifo y deje correr agua tibia durante al menos 30 segundos. Voltee el actuador boca abajo y enjuague el actuador nuevamente a través de la boquilla durante al menos 30 segundos (Ver Figura 10).




Figura 10

Paso 4: Sacuda toda el agua que pueda del actuador.
Paso 5: Mire dentro del actuador y la boquilla para asegurarse de que se haya eliminado por completo cualquier acumulación de medicamento. Es más probable que se acumule medicamento si no se permite que el actuador se seque al aire por completo.
Paso 6: Deje que el actuador se seque al aire durante la noche. No vuelva a colocar el recipiente en el actuador si aún está húmedo.

Paso 7: Cuando el actuador esté seco, vuelva a colocar el recipiente en el actuador y vuelva a colocar la tapa en la boquilla. Asegúrese de presionar firmemente el recipiente hacia abajo en el actuador.

Note: Si su actuador se bloquea, significa que sale poco o nada de medicamento de la boquilla (Ver Figura 11). Repita los pasos 1 a 7 arriba en la sección 'Para limpiar el actuador'.




Figura 11

Si necesita usar su inhalador antes de que el actuador de plástico esté completamente seco:

- Sacuda toda el agua que pueda del actuador.
- Vuelva a colocar el recipiente en el actuador y agite bien el inhalador.
- Para eliminar la mayor parte del agua de su inhalador, presione hacia abajo el centro del recipiente 2 veces para liberar un total de 2 pulverizaciones en el aire lejos de la cara.
- Tome la dosis prescrita de medicamento.

• Repita los pasos 1 a 7 anteriores en la sección 'Para limpiar el actuador'.

¿Cómo debo almacenar el Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación?

Conservar por debajo de 30°C.

Protégase de las temperaturas bajo cero y de la luz solar directa. Mantenga el inhalador alejado del calor o llama abierta.

No perforo el inhalador.

Guarde el inhalador con la boquilla hacia abajo. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Naturaliza y contenido del envase:
Levosulbutamol Tartrato aerosol para inhalación es un inhalador presurizado que comprende un contenedor de aleación de aluminio sellado con una válvula dosificadora, actuador y tapa antipolvo.

Presentaciones: Caja con un frasco con 200 aplicaciones (dosis medidas) más inserto.

Fabricado por:



Glenmark Pharmaceuticals Limited
Plot. No B-25, M.I.D.C. Shendra
Aurangabad - 431154
Maharashtra State, India

En Ecuador
Importado y Distribuido por
Glenmark-Pharmaceuticals Ecuador S.A
Centro Corporativo Elopark
Av. Simón Bolívar y Calle Nayón Quito-Ecuador
Fecha de revisión del texto: Noviembre 2022.

Pharmcode :- 645
Colours :- BLACK
Fold Size/No. of Fold :- 32 x 150mm
Open Size :- 380 x 300mm
Paper / Gsm :-
Code :- PE64543
Artwork Name :- Rescuvae LS Inhaler leaflet back
Name of Company :- Glenmark
Proof submission Date :- 11.09.2023
FROM : mail.cdr
Approved By
Checked By
Date
Date
Ph. 40391100
Email : info@artworkprint.com

KONGRAPHICS CODE E38208

PANTONE SHADE
PANTONE BLACK PROCESS C
Superseded Artwork Code:

PHARMACODE: 543

PE64543 EC

380 mm

300 mm